



ZAPYTANIE OFERTOWE 31/2026

NA SPRZĘT MEDYCZNY WRAZ ZE SPECYFIKACJĄ

w ramach projektu granatowego pn. „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)” na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia. Projekt dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Fundusze Europejskie na infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r - Prawo zamówień publicznych do zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 (t.j. Dz.U. 2025 r. poz. 795 ze zm.).

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Zagnańsku

ul. Spacerowa 8b, 26-050 Zagnańsk

zaprasza do składania ofert na sprzęt:

Spirometr - 1 szt.

- Mierzone pomiary : VC, IC, ERV, TV, MV, FR, FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF,
- Mierzone pomiary : VExt, FIVC, FIVC1, MIF50, MVV, BF
- Akumulator : wbudowany LI-ION
- Pamięć : 1000 badań
- Pomiar przepływu w głowicy pneumatometrycznej
- Przeglądanie na wyświetlaczu : badań z bazy (tabela i wykresy)
- Parametry pojemności życiowej : VC, IC, ERV, TV, MV, FR



- Parametry natężonej pojemności życiowej : FVC, FEV1, FEV6, FEV1%VC, PEF, MEF25, MEF50, MEF75, MMEF, PIF, FET, tPEF, VExt, FIVC, FIVC1, MIF50
- Parametry maks. wentylacji dowolnej : MVV, BF
- Badania porównawcze : PRE/POST po podaniu leków
- Badania połączone : VC + FVC
- Prezentacja krzywych : na ekranie online (w czasie rzeczywistym)
- Wbudowany czujnik temperatury, ciśnienia, wilgotności do korekcji BTPS
- korekcja BTPS : automatyczna
- Wybór najlepszej krzywej : automatyczny, z możliwością zmian ręcznych
- Ocena powtarzalności badania : automatyczna, wg skali A - E dla FVC i FEV1
- Sygnalizacja czasu natężonego wydechu : graficzna
- Uzyskanie wypłaszczenia krzywej : sygnalizacja akustyczna i graficzna
- Wartości należne (normatywne) : wg ECCS/ERS, ATS, Zapletal, Knudson
- Obliczanie wartości : liczby odchyłeń standardowych SR, percentyli
- Gotowość do pracy po wymianie głowicy : natychmiastowa
- Eksport badań : do pamięci zewnętrznej USB, na skrzynkę e-mail
- Bezprzewodowa komunikacja : sieć LAN lub Wi-fi
- Przewodowa komunikacja : sieć LAN lub Internet
- Wyświetlacz / ekran LCD, przekątna 7", dotykowy
- Klawiatura membranowa alfanumeryczna z przyciskami funkcyjnymi
- Drukarka wbudowana aparatu lub zewnętrzna port PCL5/PCL6
- Szerokość papieru : 110 - 112 mm

Zaoferowane, przez Wykonawcę urządzenia :

1. muszą być fabrycznie nowe, nieekspozowane na wystawach i targach,
2. urządzenia oraz towarzyszące im akcesoria muszą spełniać wymagania norm technicznych stosowanych w Polsce oraz norm europejskich,
3. muszą być kompletne i wyposażone we wszystkie elementy akcesoria (przyłącza, kable itp.) niezbędne do ich uruchomienia i prawidłowej pracy u Zamawiającego, bez konieczności zakupu przez Zamawiającego dodatkowych elementów.

Kryterium oceny ofert:

Każda oferta spełniająca wymogi będzie oceniana na podstawie następujących kryteriów:

1. *cena* – 70% - 70 pkt liczona według wzoru:

$\frac{\text{cena najniższej oferty}}{\text{cena oferty badanej}} \times 70$
--

1. *kryteria jakościowe* – 30 % - 30 pkt.
 - czas realizacji: 0-15 dni – 10 pkt, 16-30 dni – 5 pkt, powyżej 30 dni – 0 pkt
 - darmowa dostawa – 10 pkt
 - szkolenie z obsługi w cenie – 10 pkt

Maksymalna liczba punktów do zdobycia – 100

Uzyskana liczba punktów zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku.

Sposób oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert.
2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli zaoferowany w ofercie sprzęt nie spełnia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia.
3. Cena za wykonanie zamówienia obejmuje wszystkie koszty niezbędne do całkowitego i efektywnego wykonania zamówienia.
4. W przypadku, gdy dwie lub więcej ofert otrzyma równą ilość punktów i nie będzie możliwe wybranie oferty najkorzystniejszej, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania. W takim przypadku Wykonawcom, którzy złożyli oferty nie



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

przysługuje roszczenie o zwrot kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w tym kosztów przygotowania oferty.

Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert.

Składane oferty mają być w formie pisemnej w języku polskim.

Na fakturze Wykonawca musi wyszczególnić nazwy pozycji, zgodnie ze wszystkimi elementami zamówienia. Jest to konieczne do prawidłowego rozliczenia wniosku o udzielenie grantu.

Warunki płatności: przelew w terminie 14 dni od otrzymania faktury.

Oferent wybrany w postępowaniu będzie zobowiązany podpisać oświadczenie o braku współpracy z Rosją.

Ofertę zawierającą cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto prosimy wysłać na adres e-mail: biuro@szozzagnansk.pl lub złożyć osobiście w biurze, ul. Spacerowa 8b, 26-050 Zagnańsk w terminie do 29.05.2026r.

DYREKTOR
SZOZ Zagnańsk
D. Kondrak
Dorota Kondrak